

GenXion

产品手册

Product information sheet

服务热线:400-6169-114 020-84224925 网站:www.genesion.com.cn Email:whiga22@126.com

超敏化学发光液 GenSuper ECL

产品名称:超敏 Ecl 化学发光液

产品编号: JXE0011-100ml/JXE0011-500ml

产品规格: 100ml/500ml

保存: 室温运输, 收到后在 4 度避光下储存试剂

重要提示: 超敏 Ecl 化学发光液是一种高灵敏性底物, 其灵敏度比其它化学发光产品 (包括 Thermo Scientific, ECL) 更高, 为获得 底物的最佳效果, 抗体须比其他那些底物一起使用时浓度更低。如果你已经在使用上文所列的底物之一或另一种“入门级别”的化学发光 底物, 请将抗体再稀释至少五倍, 例如: 如果你使用 ECL 底物时将抗体按 1:100 稀释, 那么使用 GenSuper 底物时抗体应该按 1:500 稀释。下面列出了建议的稀释度范围。

一抗稀释度范围从 1mg/ml 储备液起 1:1,000-1:5,000 或 0.2-0.1ug/ml

二抗稀释度范围从 1mg/ml 储备液起 1:20,000-1:100,000 或 10-50ng/ml

产品简介

超敏 Ecl 化学发光液是一种用于检测免疫印迹膜上辣根过氧化物酶 (HRP) 的高灵敏的增强底物。该物底极强的信号输出能够使皮克量的抗 原得到检测。信号的敏感度、强度和持续时间使利用照相或者其他成像方式检测成为可能。印迹膜可以反复在胶片上曝光以获得最佳效果, 也可以先将膜上的免疫检测试剂进行剥离并重新检测。

产品重要信息

- Ø 为获得最佳效果, 必须优化该系统的全部组分, 包括样品量、一抗和二抗浓度以及膜和封闭试剂的类型。由于该底物极其敏感, GenSuper 底物要求使用比大多数市售底物少得多的样品、一抗、二抗, 通常低至少 10-20 倍。
- Ø 使用该产品比使用沉淀比色 HRP 底物检测所需的抗体浓度低。为优化抗体浓度, 请进行一次系统的点印迹分析。
- Ø 没有一种封闭试剂对所有系统而言都是最佳的, 所以为每一个免疫印迹检测系统找到最合适的封闭缓冲液非常必需。封闭试剂有可能与抗体产生交叉反应, 导致出现非特异性信号。封闭缓冲液同时也会影响系统的灵敏性。当从一种底物转换为另一种底 物时, 有时会出现信号衰减或背景增加的现象, 原因可能是封闭缓冲液不适合新的检测系统。
- Ø 使用亲和素/生物素检测系统时, 避免使用牛奶作为封闭试剂, 因为牛奶中含有不定量的内源性生物素, 会导致高背景
- Ø 保证洗涤缓冲液、封闭缓冲液、抗体溶液和底物工作液的使用体积, 以确保在整个实验过程中印迹膜完全被液体覆盖, 避免膜变干。增 大封 闭缓冲液及洗涤缓冲液的使用量可以降低非特异性的信号
- Ø 为获得最佳效果, 在孵育步骤请使用摇床。
- Ø 将 Tween20(终浓度 0.05-0.1%) 加入封闭缓冲液和稀释的抗体溶液, 以降低非特异信号; 用高品质的产品, 如去污剂。它保存在安瓿中, 过氧化物和其他杂质含量很低。
- Ø 不要使用叠氮钠作为缓冲液的防腐剂。叠氮钠是 HRP 的抑制物
- Ø 避免手与膜直接接触, 实验过程应戴手套或使用干净的镊子
- Ø 所有设备必须清洁且不沾染外来物质。金属器械 (如剪刀) 不得具有可见的锈迹。锈迹可能导致斑点形成和高背景。
- Ø 底物工作液在室温下可稳定 8 小时。日光或任何其他强光下可能损害底物, 为获得最佳结果, 将底物工作液保存在琥珀 色瓶中, 并避 免长 期暴漏在任何强光下, 短时间暴漏于实验室常规照明不会损害该工作液

操作概述

注：优化抗原和抗体的浓度。必须使用建议抗体稀释度，以保证阳性结果。建议的稀释度范围请参考其他所需材料。

1. 将一抗从 1mg/ml 储备液稀释到 0.2~1.0ug/ml 或 1:1.000~1:5.000 稀释度
2. 将二抗从 1mg/ml 储备液稀释到 10~50ng/ml 或 1:20.000~1:100.000 稀释度

3. 将两种底物组份按 1:1 比例混合，制备底物工作液。注：暴漏于日光或任何其他强光可能损害工作液，为获得最佳结果，将此工作液保存在琥珀色瓶中，并避免长期暴漏于任何强光。短时间暴漏于实验室常规照明不会损害该工作液。
4. 将印迹膜在 West Pico 底物工作液中孵育 5 分钟。
5. 吸出多余试剂。用清洁的塑料膜盖住该印迹膜。

其他所需材料

- 0 已完成转印的印迹膜：使用任何合适的电泳法分离蛋白质，并将这些蛋白质转移到硝酸纤维素膜上。也可使用其他类型的膜，但操作步骤可能需要进行优化。
- 0 稀释缓冲液：使用 Tris 或磷酸盐缓冲液。
- 0 洗涤缓冲液：将 5mL 10% 的 Tween-20 加入 1.000mL 稀释缓冲液（Tween-20 的终浓度将为 0.05%）。
- 0 封闭试剂：将 0.5mL 10% 的 Tween-20 加入 100mL 的封闭缓冲液，选择一种与稀释缓冲液具有相同基本组分的封闭缓冲液。
- 0 一抗：选择一种目标蛋白质特异性抗体。使用稀释缓冲液制备该抗体的 1mg/ml 储备液。使用封闭试剂将抗体从储备液稀释成抗体工作液。稀释度介于 1:1.000 和 1:5.000 之间或抗体工作液浓度为 0.2~1ug/ml。最佳稀释度取决于一抗和膜上的抗原量。
- 0 HRP 标记的二抗：选择一种与一抗特异性结合的 HRP 标记二抗，使用稀释缓冲液制备该抗体的 1mg/ml 储备液。使用封闭试剂将抗体从储备液稀释成抗体工作液。稀释度介于 1:20.000 和 1:100.000 之间或抗体工作液浓度为 10~50ug/ml。该浓度范围在使用链亲和素-HRP 时也适用。二抗的最佳稀释度取决于 HRP 标记二抗和膜上的抗原量。
- 0 用于处理放射显影胶片的胶片暗盒、显影和定影试剂
- 0 用于孵育的旋转摇床。

蛋白印迹法详细操作步骤

1. 将印记膜从蛋白转印设备中取出，加入合适的封闭液在温室下孵育 20~60 分钟，同时振荡。以封闭膜上非特异性蛋白结合位点。请注意：使用在前文其他所需材料章节中建议的抗体稀释度是非常重要的。
2. 将膜从封闭液中取出，与一抗工作液在温室孵育 1 小时，同时振荡；或在 28°C 孵育过夜，不振荡。
3. 将足量的洗涤缓冲液加至膜上，保证缓冲液将膜完全覆盖。振荡孵育 >5 分钟，更换洗涤缓冲液并重复该步骤 4~6 次。增加洗涤缓冲液体积，洗涤次数和洗涤时间有助于降低背景信号。
注：孵育前，膜在洗涤缓冲液中的短暂淋洗会提高洗涤效率。请注意：使用在前文其他所需材料章节中建议的 HRP 标记二抗稀释度是非常重要的。
4. 将 HRP 标记的二抗工作液与膜在温室孵育 1 小时，同时振荡。
5. 重复步骤 3，以除去未结合的 HRP 标记二抗。注：膜与 HRP 标记二抗孵育后必须进行彻底洗涤。
6. 将 A 溶液与 B 液等比例混合，制备成工作液。每 cm² 膜使用 0.01~0.1ml 工作液。工作液可以在温室下稳定 8 小时。注：暴漏于日光或任何其他强光下可能损害工作液，为获得最佳结果，将此工作液保存在琥珀色瓶中，并避免长期暴漏于任何强光。实验室的常见照明不会损害工作液。
7. 将印记膜在工作液中孵育 5 分钟。
8. 从工作液中取出印记膜，并置于一个塑料片或清洁的塑料纸（膜）中，用一张吸水纸吸除多余的液体，并从印记和塑料纸之间小心地压出气泡。
9. 将包在塑料纸（膜）中的印记膜置于胶片暗盒中，蛋白质面朝上，除适用于胶片曝光的灯（如红色安全灯）之外，关闭所有的灯。
注：胶片必须在曝光期间保持干燥，为获得最佳效果，才去一下措施：确保将多余的底物从膜和塑料纸上完全去除；在整个胶片处理期间，使用手套；切莫将印记膜置于已显影的胶片上，因为胶片上的化学物质会减弱信号。
10. 将 X 光胶片置于膜的上面。建议第一次曝光 60 秒。之后可调整曝光时间以达到最佳结果。化学发光反应在底物孵育后的前 5~30 分钟期间是最强烈的。这一反应可以持续几个小时，但强度会随时间下降，如有底物孵育后较长时间后曝光，曝光时间可能需要延长以获得较强信号。如果使用磷光存储成像设备（如 Bio-Rad 的分子成像仪系统）或 C（照相机可能需要较长的曝光时间。警告：胶片与膜之间的任何移动可能在胶片上造成人为的非特异信号。
11. 使用合适的显影剂和定影剂对胶片进行显影。如果信号太强，则缩短曝光时间或将印记膜进行剥离并降低浓度重新检测。

常见问题及解决方案

问题	可能问题	解决方案
1) 胶片上有反转像（即黑色背景，白色带） 2) 膜上有褐色或黄色带 3) 印记在暗室中发光 4) 信号持续时间少于 8 小时	系统中 HRP 过多	系统中 HRP 过多
信号弱或无信号	系统中过多的 HRP 耗尽了底物并导致信号迅速衰减 将 HRP 标记二抗稀释至少 10 倍	系统中过多的 HRP 耗尽了底物并导致信号迅速衰减 将 HRP 标记二抗稀释至少 10 倍
	抗原或抗体的量不足	抗原或抗体的量不足
	增加抗体或抗原的量	增加抗体或抗原的量
	蛋白质转移率低	蛋白质转移率低
高背景 系统中 HRP 过多 将 HRP 标记二抗稀释至少 10 倍 封闭不充分 优化封闭条件 封闭式机不合适	高背景	高背景
	系统中 HRP 过多	系统中 HRP 过多
	将 HRP 标记二抗稀释至少 10 倍	将 HRP 标记二抗稀释至少 10 倍
	封闭不充分	封闭不充分
	优化封闭条件	优化封闭条件
	封闭式机不合适	封闭式机不合适
蛋白质条内有斑点 蛋白质转膜效率低 优化转印流程	蛋白质条内有斑点	蛋白质条内有斑点
	蛋白质转膜效率低	蛋白质转膜效率低
	优化转印流程	优化转印流程
胶片上背景有斑点	胶片上背景有斑点	胶片上背景有斑点
非特异性条带	HRP 标记二抗中存在聚集物	HRP 标记二抗中存在聚集物
	使用 0.2um 的过滤器	使用 0.2um 的过滤器

* 为检测系统活性，在暗室中，在一个清洁试管中制备 1-2ml 底物工作液。关闭灯，添加 1ul 未稀释的 HRP 标记二抗工作液。该溶液应当立即发出蓝色光，蓝光信号在随后的几分钟渐淡。