



广州晶欣生物科技有限公司

检验报告

品名：磷酸盐缓冲液(PBS)
货号：JX0093
规格：500mL/瓶
产品批号：JX20250601
生产日期：2025 年 6 月 2 日
有效期至：2027 年 6 月 1 日
检验日期：2025 年 6 月 2 日

检测及结果

检验项目	检验标准	检验结果
性状	本品为无色的澄清液体	无色的澄清液体
PH 值	7.2 - 7.6	7.4
渗透压摩尔浓度	265m0sm0kg-315m0smog	282m0smog
细菌内毒素	小于 0.25EU/ml	小于 0.25EU/ml
无菌	应符合规定	符合规定
结论	本品按磷酸盐缓冲液(PBS)企业内控质量标准检验，结果符合规定。	

报告日期：2025 年 6 月 2 日

